

## **Abstract EFAS/DGA 2007**

### **Hörgeäteskontrolle in der HNO-Arztpraxis mit Tonschwellen-, Sprach-Audiogramm und Lautheitsskalierung, falls notwendig Korrektur der auffälligen Parameter.**

Müller-Kortkamp, C. K. M. (1), Moser, L. M. (2)

(1) Soltau

(2) ehemals Julius-Maximilians Universität Würzburg, HNO-Klinik

In einer HNO-Ärztlichen Praxis wurden eine große Anzahl von Hörgeräten, die von den Patienten der Praxis getragen wurden, mit Tonschwellen-, Sprach-Audiogramm und Lautheitsskalierung überprüft. In vielen Fällen war es notwendig die Parameter der Hörgeräte zu ändern. In nicht wenigen Fällen mußte ein besseres Hörgerät gewählt werden.

